

PRAVILNIK

O OVERAVANJU AUTOMATSKIH DOZIRNIH VAGA



("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) automatskih dozirnih vaga (u daljem tekstu: vage), zahtevi koje vaga mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vage.

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na sve vage u upotrebi koje pune posude prethodno utvrđenom i praktično konstantnom masom proizvoda u rasutom stanju.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- 1) automatska vaga je vaga koji određuje masu proizvoda bez učešća rukovaoca i funkcioniše po prethodno zadatom programu automatskih procesa karakterističnih za instrument;
- 2) overavanje merila podrazumeva pregled čiji je rezultat označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila;
- 3) normativni dokument je dokument kojim se utvrđuju tehnički zahtevi koje vaga treba da ispuni.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju metrologija i standardizacija.

Član 4

Zahtevi koje vaga mora da ispuni pri overavanju dati su u tački 8.3 normativnog dokumenta OIML R61-1: Automatic gravimetric filling instruments. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, izdanje 2017.

Metode merenja i način ispitivanja vage dati su u normativnom dokumentu OIML R61-2: Automatic gravimetric filling instruments. Part 2: Test procedures, izdanje 2017 (u daljem tekstu: normativni dokument).

Član 5

Overavanje vage obuhvata:

- 1) proveru usklađenosti vage sa pripadajućom ispravom o usaglašenosti;
- 2) proveru funkcionalnosti i vizuelni pregled vage;
- 3) ispitivanja vage u skladu sa tačkom 7.8.4 normativnog dokumenta bez prekida automatskog punjenja;
- 4) zaštitu vage u skladu sa pripadajućom ispravom o usaglašenosti i označavanje (žigosanje) vage u skladu sa podzakonskim propisom kojim se uređuje vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila.

Vage se overavaju pojedinačno.

Overavanje se obavlja na mestu upotrebe.

Pri overavanju vage koriste se ispitna opterećenja u skladu sa tačkom 8.2.2 normativnog dokumenta.

Pri overavanju vage koristi se oprema u skladu sa tačkom 7.6 normativnog dokumenta.

Ispitivanja iz stava 1. ovog člana sprovode se pod uslovima u skladu sa tačkom 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 normativnog dokumenta.

Ukoliko se u postupku overavanja potvrdi da vaga ispunjava propisane zahteve, vaga se štiti i označava (žigoše) na način opisan u tački 4) stava 1. ovog člana.

Član 6

Vaga se može overavati samo ako je za vagu izdata isprava o odobrenju tipa ili izvršeno ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija i podzakonskim propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Član 7

Vage klase tačnosti A koje su stavljene u upotrebu do dana početka primene ovog pravilnika, nakon početka primene ovog pravilnika mogu se overavati ako zadovoljavaju zahteve ovog pravilnika u pogledu tačnosti vaga klase tačnosti X(1).

Vage klase tačnosti B koje su stavljene u upotrebu do dana početka primene ovog pravilnika, nakon početka primene ovog pravilnika mogu se overavati ako zadovoljavaju zahteve ovog pravilnika u pogledu tačnosti vaga klase tačnosti X(2).

Ostale vase koje su do dana početka primene ovog pravilnika stavljene u upotrebu, nakon početka primene ovog pravilnika overavaju se ukoliko zadovoljavaju zahteve ovog pravilnika.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH DOZIRNIH VAGA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
Rubrika:	X-4 - Standardizacija i akreditacija i sertifikacija/Metrologija
Nivo dokumenta:	Republike Srbije
Glasilo:	Službeni glasnik RS, broj 115/2023 od 22/12/2023
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	30/12/2023 -
Verzija na snazi:	30/12/2023 -
Početak primene:	01/01/2025
Osnov za donošenje:	Na osnovu člana 23. stav 7. i člana 25. stav 3. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Ministar privrede donosi PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH DOZIRNIH VAGA
Donosilac:	Ministarstvo privrede
Natpropisi:	<p>1. ZAKON O VLADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon)</p> <p>2. ZAKON O METROLOGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)</p>
Uneto u bazu:	26/12/2023
Komentar urednika:	Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. decembra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Menjanje komentara korisnika](#)